

СПЕКТРОМЕТР ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ С ДЕТЕКТОРОМ ИЗ СВЕРХЧИСТОГО ГЕРМАНИЯ

1. Введение

Экспериментальное исследование энергетического спектра γ -излучения, возникающего при распаде возбужденных состояний ядра, является одним из основных методов изучения структуры атомных ядер. Гамма-спектрометрия широко применяется и при решении многих других задач, где используются ядерно-физические методы исследований. Например, при проведении элементного анализа в химии, геологии и т.д.

Действие детекторов ядерных излучений основано на взаимодействии γ -квантов с веществом. В ядерной физике к настоящему времени разработан большой арсенал приборов, служащих для измерения спектров γ -излучения. Среди них необходимо упомянуть сцинтилляционные спектрометры, которые имеют высокую эффективность регистрации γ -квантов (до 100 %), но низкое энергетическое разрешение (> 10 %), а также кристалл-дифракционные спектрометры, имеющие, наоборот, высокое разрешение (~ 0.01 %) при низкой светосиле ($\sim 0.1 \div 10^{-3}$ %). Наибольшей универсальностью обладают γ -спектрометры с полупроводниковыми детекторами, использующими германий. Они имеют высокую разрешающую способность по энергии при хорошей эффективности. В данной лабораторной работе рассматриваются характеристики спектрометра γ -излучения из сверхчистого германия (HPGe-детектора).

2. Спектры и амплитудные распределения

Под γ -спектром подразумевается распределение γ -квантов по энергии, а измерение энергетического спектра – это восстановление функции плотности распределения $P_E(E)$ по результатам обработки экспериментальных данных (E – энергия излучения).

В нашем случае эти данные получаются с помощью γ -спектрометра, блок-схема которого представлена на рисунке 1. Его основу составляет HPGe-детектор. На выходе детектора возникают электрические заряды, величина которых пропорциональна энергии, **потерянной квантом в детекторе**. Для преобразования величины заряда в амплитуду напряжения, пропорциональную этой величине,




Рис. 1. Блок-схема спектрометра

1 – источник γ -излучений, 2 – детектор γ -излучений из сверхчистого германия (HPGe-детектор), 3 – предварительный усилитель (предусилитель), 4 – основной усилитель, 5 – амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП), 6 – компьютер.

используется предварительный усилитель, а для формирования сигналов по длительности и подавления шумов – основной усилитель.

По амплитудному распределению сигналов на выходе усилительного тракта $P_a(u)$, где u – амплитуда сигнала, судят о спектре излучений.

Амплитудные распределения регистрируются и обрабатываются с помощью цифровой электронной техники, в частности, компьютеров. Исследуемый диапазон амплитуд разбивается на конечное число интервалов, обычно равных, каждому из которых присваивается порядковый номер. Эти интервалы принято называть *каналами*. Преобразование аналоговых сигналов на выходе основного усилителя в цифровые коды, с которыми может работать компьютер, осуществляется амплитудно-цифровым преобразователем (АЦП). АЦП измеряет амплитуду каждого импульса и определяет соответствующий ей номер канала. В компьютере суммируется число импульсов в каждом канале. Таким образом, непрерывное амплитудное распределение $P_a(u)$ представляется в виде дискретного распределения $C_n(n)$, где n – номер канала, а C_n – число отсчетов в канале. Другими словами, распределение представляется гистограммой (рис. 2). Такой метод регистрации амплитудного распределения получил название «*многоканальный амплитудный анализ*».




Рис. 2. Гистограмма амплитудного распределения.

Как правило, спектры γ -квантов имеют дискретный характер (линейчатые спектры). Однако, при регистрации амплитудного распределения, как сам детектор, так и электронная аппаратура, применяемая для передачи его сигналов, вносят свои искажения (шум). На рис. 3а показано распределение, состоящее из одной спектральной линии, а на рисунке 3б – соответствующее ему распределение амплитуд на выходе спектрометра. Во многих случаях такое распределение описывается функцией Гаусса. Полная ширина пика этой функции на половине высоты (ПШПВ) является одной из важнейших характеристик спектрометра (англ. *fwhm* – *Full Width at Half Maximum*). ПШПВ,

выраженная в энергетических единицах, например в кэВ , называется **энергетическим разрешением**.

Энергетическое разрешение определяет, насколько близко могут находиться в спектре две линии, которые спектрометр позволяет идентифицировать как разные. На рисунке 3в показан случай двух




Рис.3. Энергетический спектр и амплитудное распределение:
 а) мономонхромный спектр (синглет), б) амплитудное распределение одиночной линии, в) две близкие линии (дублет), г) амплитудное распределение дублета.

близко расположенных линий. Как видно из рис. 3г, пики амплитудного распределения в этом случае частично перекрываются и идентификация линий по ним затруднена, а иногда и невозможна. В некоторых случаях, используя соответствующий математический аппарат, такие плохо разрешенные линии можно разделить.

В действительности, распределение амплитуд на выходе спектрометра описывается гораздо более сложной функциональной зависимостью. Эта зависимость называется **функцией отклика**. Ее характеристики определяются типом детектора, видом излучения и техническими данными измерительной аппаратуры.

Обычно соответствие между амплитудой сигнала и энергией излучения устанавливается путем измерения и обработки спектра с известными параметрами. Установление такого соответствия называется градуировкой. В дальнейшем зависимость $E=F(u)$, где E – энергия, u – амплитуда электрического импульса, будем называть градуировочной функцией или градуировочной кривой.

3. Полупроводниковый детектор

Принцип действия и конструкция детектора

Основное отличие детекторов γ -излучения от детекторов заряженных частиц состоит в том, что заряженная частица, попавшая в

чувствительный объем детектора, регистрируется как правило с вероятностью, равной единице, тогда как вероятность регистрации γ -квантов значительно меньше единицы. Эта вероятность существенно зависит от атомного номера рабочего вещества детектора и от объема чувствительной области.

Детектор γ -излучения из сверхчистого германия (HPGe-детектор) представляет собой полупроводниковый диод с p-n переходом, изготовленный, для увеличения объема чувствительной области, в коаксиальной (цилиндрической) геометрии. Коаксиальная геометрия детектора позволяет значительно повысить эффективность регистрации γ -квантов по сравнению с детектором в планарной (плоскостной) геометрии.

Кроме величины объема рабочей области детектора эффективность регистрации γ -квантов сильно зависит от материала, из которого изготовлен детектор. Наиболее распространенными материалами, из которых изготавливаются полупроводниковые детекторы, в настоящее время являются кремний и германий. Для регистрации γ -квантов обычно используются детекторы из германия.

Выбор германия в качестве исходного материала для изготовления детектора, несмотря на большие трудности в изготовлении, связан с тем, что сечение взаимодействия γ -квантов сильно зависит от атомного номера вещества Z . Особенно сильно зависит от Z сечение фотоэффекта ($\sigma_{\phi} \sim Z^5$), сечение же комптон-эффекта пропорционально Z , а сечение процесса образования электрон-позитронных пар $\sim Z^2$. Большое значение Z у германия ($Z(\text{Ge}) = 32$, а $Z(\text{Si}) = 14$) и определяет выбор этого материала, поскольку обеспечивает более высокую эффективность регистрации γ -квантов детектором.

Технология изготовления HPGe-детекторов в планарной геометрии состоит в следующем. Из монокристалла сверхчистого германия p -типа (германий, легированный галлием), с концентрацией примесей не превышающей $\sim 10^{10} \text{ см}^{-3}$ вырезается необходимая заготовка, поверхности которой шлифуются и травятся в смеси плавиковой и азотной кислот. На одной из сторон заготовки, которая будет тыльной стороной детектора, создается омический контакт. Это достигается легированием исходного материала ионами бора с энергией $\sim 10 \text{ кэВ}$, в результате чего в приповерхностной области образуется слой $p^+ \text{-Ge}$ с низким удельным сопротивлением. На этот слой либо напыляют в вакууме золото, либо осаждают никель из раствора и припаивают тонкий электрод. На лицевую сторону заготовки напыляют в вакууме металлический литий и проводят его диффузию при температуре $\sim 300 \text{ }^\circ\text{C}$ в течение ~ 10 мин. В результате диффузии лития на глубину $\leq 1 \text{ мкм}$ образуется p - n переход. Затем на эту сторону

заготовки напыляют слой золота и припаивают тонкий электрод. Схематическая структура подобного детектора показана на рис. 4. Подавая на $p-n$ переход обратное смещение, добиваются расширения области, обедненной свободными равновесными носителями заряда (рабочего объема детектора), практически на всю толщину заготовки [1].




Рис. 4. Структура HPGe-детектора

Технология изготовления HPGe-детекторов в коаксиальной геометрии практически аналогична. В этом случае в цилиндрической исходной заготовке монокристалла сверхчистого германия высверливается небольшая часть внутренности, на поверхности которой и создается $p-Ge$ слой. На боковую поверхность напыляют металлический литий, образующий $n-Ge$ слой. Рабочим объемом детектора при этом служит весь цилиндр.

Подобные конструкции детектора позволяют регистрировать возникновение так называемых неравновесных носителей заряда, образующихся в обедненной области при прохождении через нее ионизирующего излучения. Если в этой области выделяется энергия E , то образуется E/ω пар носителей, где ω – энергия, требуемая для образования одной пары свободных носителей заряда (для германия эта величина равна 2,8 эВ). Для того чтобы весь заряд можно было зарегистрировать, необходимо, чтобы время собирания образованных носителей в приложенном к $p-n$ переходу электрическом поле было значительно меньше, чем время жизни неравновесных носителей заряда. В связи с этим напряжение смещения выбирается довольно высоким (>1000 В).

Электронно-дырочные пары движутся под действием электрического поля, что эквивалентно импульсу тока, протекающему через емкость $p-n$ перехода. В результате на этой емкости образуется заряд, величина которого пропорциональна энергии, поглощенной детектором. Затем заряд рассасывается током через сопротивление $R_{см}$.




Рис. 5. HPGe-детектор в криостате

Детекторы на основе сверхчистого германия характеризуются низким значением обратного тока и высоким энергетическим разрешением.

В отличие от полупроводниковых детекторов из кремния германиевые детекторы необходимо эксплуатировать при низкой температуре. Это связано с тем, что ширина запрещенной зоны E_g герма-

ния заметно меньше, чем у кремния (0,66 эВ у германия и 1,09 эВ у кремния). В связи с этим вероятность тепловой генерации неосновных носителей заряда ($\sim e^{-E_g/(kT)}$) у германия существенно выше, и при комнатной температуре токи утечки недопустимо велики.

Одним из существенных преимуществ HPGe-детекторов перед аналогичными диффузионно-дрейфовыми Ge(Li) детекторами является возможность хранения их при комнатной температуре в период между измерениями, хотя при работе они также должны быть охлаждены до температуры жидкого азота – 77° К (**подавать напряжение смещения на неохлажденный детектор нельзя!**). Ge(Li) детекторы обладают столь же высоким энергетическим разрешением, что и HPGe-детекторы, однако должны постоянно находиться в криостате с жидким азотом – даже кратковременное повышение температуры Ge(Li) детектора до комнатной, вызванное, например, несвоевременной заправкой криостата жидким азотом, выводит детектор из строя.

На рис. 5 показано устройство HPGe-детектора. Непосредственно сам детектор крепится на медном стержне, другой конец которого помещен в дюар с жидким азотом. Вакуум в системе обеспечивается сорбционным насосом. Сорбент (цеолит), охлаждаемый жидким азотом, позволяет поддерживать вакуум в криостате в течение длительного времени.

Функция отклика детектора

Функция отклика – одна из важнейших характеристик любого спектрометра. В рассматриваемом случае это есть функция, которая описывает амплитудное распределение импульсов на выходе детектора для монохроматического γ -излучения, падающего на детектор. Как и в сцинтилляционных детекторах, в полупроводниковых детекторах регистрация γ -излучения осуществляется по вторичным электронам, которые образуются при взаимодействии γ -квантов с рабочим веществом детекторов. Наличие трех процессов взаимодействия (фотоэффект, комптон-эффект, образование пар) приводит к тому, что амплитудное распределение, соответствующее монохроматическому излучению, довольно сложно.

Фотоэффект в конечном счете дает в амплитудном распределении пик, положение максимума которого соответствует энергии γ -квантов. Ширина пика (*ПШПВ*) определяется шумами аппаратуры и флуктуациями числа пар носителей. (В связи с этим, обращаем внимание на то, что *энергетическое разрешение* зависит от энергии излучения.)

Гамма-кванты, испытавшие комптоновское рассеяние, образуют в веществе детектора электроны с энергиями от 0 до E_{max} , где

$E_{max}=E_{\gamma}/(1+m_e c^2/2E_{\gamma})$. Величина E_{max} в зависимости от E_{γ} принимает значение на 150 ÷ 250 кэВ меньше E_{γ} .

Таким образом, функция отклика для энергий E_{γ} , меньших порога образования пар, состоит из плавного распределения и пика, часто называемого фотопиком. Соотношение интенсивностей между пиком и непрерывной частью определяется отношением эффективных сечений фотоэффекта к комптон-эффекту и зависит от энергии гамма-кванта и объема детектора.

При энергиях γ -квантов, бóльших энергии порога образования пар (1022 кэВ), картина усложняется, и, в общем случае, функция отклика дополнительно будет иметь еще два пика, наличие которых связано с вылетом из детектора одного или двух аннигиляционных квантов. Эти кванты возникают в результате аннигиляции позитронов, образовавшихся при поглощении γ -излучения в детекторе. В амплитудном распределении им соответствуют два дополнительных пика. Они находятся при меньших, чем фотопик, амплитудах на расстояниях, соответствующих энергиям $m_e c^2$ (511 кэВ) и $2m_e c^2$ (1022 кэВ) до фотопика. Относительная интенсивность трех пиков зависит от энергии γ -квантов и от размеров детектора.

Таким образом, наблюдаемое амплитудное распределение для реального γ -спектра имеет сложный характер и состоит из плавной части с отдельными пиками. В большинстве методов обработки амплитудных распределений информацию о γ -спектре извлекают лишь из параметров пиков, а непрерывную составляющую считают «фоном» независимо от ее происхождения. (По этой причине часто, говоря о функции отклика, имеют в виду только пик без этого «фона», который, будучи определен в ближайших окрестностях пика, называют пьедесталом.)

В γ -спектроскопии пик, имеющий симметричную форму, чаще всего аппроксимируется функцией Гаусса:

$$\psi = S e^{-\frac{(u-u_0)^2}{2\sigma^2}},$$

где S – величина, пропорциональная интенсивности пика; u – амплитуда электрического сигнала; u_0 – амплитуда, при которой наблюдается максимум пика; σ – величина, характеризующая ширину пика (она связана с разрешающей способностью, см. ниже).

С увеличением объема детектора становится заметным эффект многократного комптоновского рассеяния, и возрастает вероятность полного поглощения энергии, принесенной γ -квантом, т.е. с увеличением размеров уменьшается относительная интенсивность плавной части распределения. В пределе, для очень большого детектора в ам-

плитудном распределении будет лишь один пик – «пик полного поглощения» (напоминаем, что речь идет о монохроматическом излучении).

Как уже было сказано, обработка спектров чаще всего ведется с использованием только фотопиков. Поэтому для характеристики γ -спектрометра важна зависимость «пиковой» эффективности от энергии. «Пиковая» означает, что нас интересуют лишь те случаи регистрации γ -квантов, которые дают вклад в пики. Пиковая эффективность сильно зависит от энергии γ -квантов и определяется как зависимостью сечений взаимодействия γ -излучения с веществом (фотоэффект, комптон-эффект, эффект образования пар), так и вкладом многократных процессов взаимодействия излучений с веществом кристалла. Зависимость эффективности может быть рассчитана методом Монте-Карло или, что делается чаще, измерена экспериментально по источникам γ -излучений с известными значениями интенсивностей.

Энергетическое разрешение γ -спектрометра с HPGe-детектором

Схема включения HPGe-детектора в спектрометрический тракт показана на рис. 6. Во избежание потери величины сигнала и для уменьшения влияния шумов и наводок предусилитель размещается в непосредственной близости к детектору. Более того, головной каскад предусилителя (полевой транзистор) размещен непосредственно на детекторе и вместе с ним охлаждается до температуры жидкого азота.




Рис. 6. Схема включения HPGe-детектора.

Эквивалентная схема системы детектор-предусилитель показана на рис. 7. На ней учтены емкость $C_{вх}$ и входное сопротивление $R_{вх}$ предусилителя, которые, естественно, участвуют в формировании сигнала, так как включены параллельно $C_{дет}$ и $R_{см}$ ($C_{дет} + C_{вх} \sim 30 \div 50$ пФ).




Рис. 7. Эквивалентная схема Ge-детектора с предусилителем.

Энергетическое разрешение (*ПШПВ*) зависит от процессов, происходящих как в самом детекторе, так и в электронном тракте и определяется тремя главными факторами:

- 1) статистическими флуктуациями числа электронно-дырочных пар;
- 2) флуктуацией тока утечки детектора,
- 3) шумами предусилителя.

Обозначим:

Γ_{Σ} – *ПШПВ* (ширина пика на половине высоты);

Γ_n – составляющая *ПШПВ*, обусловленная статистическими флуктуациями числа пар носителей в детекторе;

Γ_i – составляющая *ПШПВ*, обусловленная шумами токов утечки детектора;

Γ_{ny} – составляющая *ПШПВ*, связанная с шумами предусилителя.

$$\text{Тогда: } \Gamma_{\Sigma}^2 = \Gamma_n^2 + \Gamma_i^2 + \Gamma_{ny}^2.$$

Современные HPGe-детекторы при температуре жидкого азота (77 К) имеют токи утечки менее 10^{-10} А. Это сравнимо с токами утечки входной цепи предусилителя. Спектральный состав шумов, создающих Γ_i , близок к некоторым составляющим шумов предусилителя, поэтому обозначим:

$$\Gamma_{\Sigma}^2 = \Gamma_n^2 + \Gamma_{ш}^2, \quad \text{где } \Gamma_{ш}^2 = \Gamma_i^2 + \Gamma_{ny}^2.$$

Как было показано Фано, для флуктуации числа пар ионов закон распределения не является пуассоновским. Для учета отклонения от закона Пуассона вводится величина F (фактор Фано), которая равна отношению реальной дисперсии числа пар носителей к дисперсии по Пуассону: $\sigma = F \langle N \rangle$ где σ^2 – реальная дисперсия, а $\langle N \rangle$ – дисперсия по Пуассону (среднее число пар носителей, образуемых быстрой частицей в чувствительном объеме детектора).

Так как $\langle N \rangle = E/\omega$, где E – энергия, потерянная частицей в детекторе, а ω – энергия, расходуемая на образование одной пары носителей (в германии – 2,8 эВ), то, считая форму пика гауссовой, для Γ_{det} можно записать [1]: $\Gamma_{det} = 8 \ln 2 \cdot \omega E)^{1/2} \approx 1.36 \sqrt{\omega E}$. Эта формула дает возможность оценить предельное энергетическое разрешение (фактор Фано для германия равен примерно 0,1).




Рис.8. Зависимость разрешения HPGe-детектора от рабочего напряжения

На диаграмме рис. 8 показана типичная зависимость разрешения HPGe-детектора от рабочего напряжения для γ -излучения различной энергии. Подъем кривых в области малых напряжений объясняется увеличением емкости детектора, а в области больших напряжений – ростом токов утечки.

4. Основные характеристики γ -спектрометра с HPGe-детектором

Усилительный тракт

Наиболее доступной для непосредственного измерения величиной является амплитуда электрического импульса на выходе предусилителя. Для повышения разрешающей способности спектрометра важно, чтобы эта амплитуда была как можно больше. Это зависит от полноты и скорости собирания заряда, а также от суммарной емкости и скорости рассасывания заряда ($i = dQ/dt$; $U = (1/c) \int idt$).

О влиянии качества детектора на эти процессы было сказано выше. Здесь мы рассмотрим природу составляющей ширины пика $\Gamma_{ш}$. Обратим внимание на два следующих обстоятельства. Во-первых, амплитуда сигнала обратно пропорциональна суммарной емкости, вследствие чего важно, чтобы паразитные емкости входных цепей были минимальны. Во-вторых, сопротивление смещения и входное сопротивление предусилителя должны быть по возможности большими.

Для коротких времен собирания заряда форму импульса тока можно приблизительно описать дельта-функцией. Постоянная времени входной цепи предусилителя определяется как $(C_{дет} + C_{ex})R_{см}R_{ex}/(R_{см} + R_{ex})$ и сигнал на его выходе будет иметь экспоненциальную форму. Типичное значение постоянной времени спада напряжения составляет единицы миллисекунд. При достаточно больших нагрузках (нагрузка – это средняя частота следования γ -квантов, попадающих на детектор) возникнут наложения сигналов, и на выходе усилительного тракта будут не отдельные импульсы, а непрерывный статистический сигнал сложной формы. Кроме того, вместе с полезными сигналами через усилительный тракт проходят шумовые колебания заряда на входе.

Таким образом, существуют три главные задачи, решаемые усилительным трактом:

- 1) усиление сигналов;
- 2) формирование сигналов по длительности;
- 3) фильтрация шумов.

Как уже было сказано, по соображениям минимизации шумов предусилитель находится непосредственно на детекторе. Шумовые

характеристики усилительного тракта, и, следовательно, разрешающая способность спектрометра определяются в основном головным (первым) каскадом предусилителя. При построении таких каскадов для НРСе-детекторов применяются полевые транзисторы.

Шумы предусилителя вызываются различными причинами:

- 1) тепловое хаотическое движение зарядов в проводниках (резисторах) – тепловой шум;
- 2) флуктуации входного тока усилительного элемента (ток затвора полевого транзистора) – входной шум;
- 3) флуктуации выходного тока головного каскада – дробовый шум.

Выше мы уже говорили о том, что некоторые составляющие шумов детектора можно рассматривать как шумы входной цепи предусилителя, поскольку их природа похожа. Есть также и другие, менее существенные компоненты шума.

Величину шума оценивают по величине эквивалентного шумового заряда. Это такой заряд, который образуется эквивалентным генератором тока (детектором) и создает входной сигнал, равный среднеквадратичному уровню шума. Величина шумового заряда первых двух составляющих не зависит от величины входной емкости, а шумовой заряд третьей составляющей пропорционален этой емкости.

Схема зарядочувствительного предусилителя показана на рисунке 9. Усилитель с коэффициентом усиления $-k$ охвачен отрица-




Рис.9. Зарядочувствительный предусилитель.

тельной обратной связью через конденсатор $C_{ос}$. Эквивалентная динамическая входная емкость такого каскада велика, но физическая входная емкость увеличивается незначительно, так как конденсатор обратной связи имеет небольшую емкость (1÷2 Пф). Такая схема имеет целью стабилизировать зарядовую чувствительность предусилителя и в частности, сгладить влияние флуктуаций емкости детектора и входной емкости предусилителя. Амплитуда сигнала на выходе зарядочувствительного предусилителя рис. 9 определяется так:

$$U_{вых} = \frac{Q_{det}}{C_d + C_{вх} + C_{ос}} \cdot \frac{k}{1 + \beta}$$

где $Q_{вх}$ – заряд на входе, k – коэффициент усиления с разомкнутой обратной связью, β – коэффициент обратной связи. При большом значении k чувствительность предусилителя G определяется величиной и стабильностью конденсатора обратной связи $C_{ос}$:

$$G = \frac{U_{вых}}{Q_{вх}} \approx \frac{1}{C_{ос}}$$

Функции формирования импульсов по длительности и фильтрации шумов возлагаются, как правило, на **основной усилитель**, который, кроме того, содержит органы регулировки его параметров. Функции формирования и фильтрации обычно не разделимы. В простейших случаях формирование выполняется с помощью дифференцирующих и интегрирующих RC-цепей. Одновременно эти цепи выполняют фильтрацию шумов, ограничивая полосу пропускания усилителя со стороны нижних и верхних частот. Спектральный состав составляющих шума, о которых говорилось выше, различается. Вследствие этого существуют оптимальные значения постоянных времени интегрирования и дифференцирования, которые на практике следует искать экспериментально при настройке аппаратуры на конкретные условия. Чаще всего наилучшие результаты получаются при $\tau = \tau_d = \tau_u$, где τ_d – постоянная дифференцирования, а τ_u – постоянная интегрирования.

Амплитудные характеристики спектрометра

В нашем случае спектрометрический тракт имеет линейную характеристику, т.е. номер канала пропорционален амплитуде сигнала на его входе и соответственно величине заряда на выходе детектора. Таким образом, связь номера канала с энергией можно считать, линейной. При этом можно применять такую характеристику, как **цена канала**, выраженная в энергетических единицах, например, кэВ/канал. В данном случае цена канала, а следовательно, и диапазон энергий регистрируемого излучения, определяются характеристиками детектора и коэффициентом усиления основного усилителя.




Рис. 10. Амплитудное распределение двух линий при разных коэффициентах усиления. K – коэффициент усиления.

На рисунке 10 показаны амплитудные распределения двух энергетических линий, причем, нижнее распределение зарегистрировано при коэффициенте усиления в 3 раза большем, чем верхнее. Из этого рисунка видно, что положения максимумов пиков сдвигаются пропорционально увеличению коэффициента усиления, что соответствует уменьшению цены канала в три раза; ширина пиков, выраженная числом каналов, также пропорционально увеличивается. Особо обращаем внимание на то, что ПШПВ может характеризовать разрешение спектрометра только в том случае, если она выражена энергетическими единицами, но не числом каналов. Именно это демонстрирует рисунок 10: ширина пиков на гистограммах зависит от коэффициента усиления, но *относительное разрешение* спектрометра ($fwhm/E$) от него не зависит, а определяется техническими данными детектора и спектрометрического тракта.

Выше мы предполагали, что между энергией, поглощенной детектором, и положением максимума пика в каналах существует линейная зависимость. В действительности так бывает далеко не всегда.

Во-первых, амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП) может обрабатывать аналоговые сигналы только в ограниченном диапазоне. В частности, имеется порог, ниже которого амплитуды входных импульсов в номер канала не преобразуются. Это приводит к тому, что градуировочная линия должна быть представлена, по крайней мере, функцией $E=G_0+G_1p$, где G_0 и G_1 – константы. Следовательно, градуировка может быть выполнена, если известны энергии не менее чем двух линий.

Во-вторых, амплитуды сигналов на выходе усилителя пропорциональны энергии лишь приблизительно и практически амплитудная характеристика отличается от прямой линии (рис. 11, утрировано). Вклад в нелинейность, вносимый HPGe-детектором, мал и отклонение амплитудной характеристики от прямой определяется главным образом аналоговыми цепями электронной аппаратуры (предусилитель, основной усилитель, АЦП).

Качество спектрометра оценивается двумя величинами:

1) интегральная нелинейность – $l = \Delta n_{max}/n_{max}$, где Δn_{max} – максимальное отклонение реальной кривой от идеальной, n_{max} – максимальный номер канала;




Рис. 11. Амплитудная характеристика спектрометра

2) дифференциальная нелинейность – $\delta = (\Delta U_{Ki} - \Delta U_{Kcp.}) / \Delta U_{Kcp.}$, где ΔU_{Ki} – ширина канала с номером i , $\Delta U_{Kcp.}$ – средняя ширина канала; *ширина канала* – это диапазон амплитуд, соответствующий одному каналу.

Временные характеристики спектрометра

Процессы измерения и регистрации импульсов требуют некоторого времени. Во-первых, длительность процесса преобразования амплитуды в код составляет $10 \div 100$ мкс и может зависеть от номера канала. Во-вторых, компьютер затрачивает какое-то время на прием и обработку сигналов от АЦП, причем это время переменное и четко не определено.

Так как анализируемые импульсы распределены во времени статистически, то при любом быстродействии устройств возможен приход очередного импульса в тот момент, когда происходит анализ предыдущего. В этом случае может произойти искажение результата. Чтобы избежать этого, после поступления импульса вход АЦП закрывается на время, необходимое для обработки сигнала (до прихода сообщения от компьютера о том, что номер канала прочитан). Это время называется **мертвым**. Оно может иметь значение от микросекунд до десятков миллисекунд. В течение мертвого времени приход других импульсов на вход АЦП не приводит к их регистрации. Время, в течение которого АЦП в полной готовности ждет прихода очередного импульса, называется **живым** временем.

Из-за мертвого времени возникает потеря информации – просчеты. Однако в данном случае мертвое время приводит лишь к уменьшению числа зарегистрированных в каждом канале импульсов и не отражается на форме полученного распределения. В самом деле, заблокированное состояние АЦП и появление в течение времени блокировки очередного импульса – события независимые. Поэтому число потерянных в каком-то канале импульсов пропорционально общему числу импульсов в этом канале. Это справедливо для всех каналов. Таким образом, наличие мертвого времени не искажает амплитудного распределения. Оно должно учитываться при абсолютных измерениях интенсивностей и при сравнении разных спектров. На практике потеря информации от просчетов учитывается путем измерения живого времени в процессе накопления данных [1,5].

Средняя частота поступления статистически распределенных во времени импульсов на вход спектрометрического тракта называется **загрузкой**. При больших нагрузках интервалы между импульсами могут оказаться сравнимыми с длительностью импульсов. Возникнут наложения сигналов в спектрометрическом тракте, что при-

ведет к искажению амплитудного распределения, в частности, к ухудшению разрешения. Для предотвращения этого эффекта при конструировании усилителей и преобразователей принимаются соответствующие меры. Тем не менее, актуальность этой проблемы во многих случаях сохраняется.

Время набора данных зависит от многих конкретных условий. Часто одним из таких условий является допустимая статистическая погрешность. Для ускорения набора до заданной «статистики» можно увеличить загрузку, например, за счет большей активности источника или приближения его к детектору. Однако при этом следует проявлять осторожность в связи со сказанным выше.

5. Математическая обработка данных

Как уже было сказано, мы рассматриваем линейчатые энергетические спектры. Их амплитудное распределение чаще всего состоит из плавной части с отдельными пиками. В большинстве методов обработки информацию о спектре излучения извлекают из параметров пиков. К ним относятся: положение максимума (или центра тяжести) пика, площадь пика (сумма числа отсчетов в пике) и ширина пика. Поскольку в многоканальном амплитудном анализаторе распределение представлено гистограммой, положение максимума пика не может быть определено по номеру канала с максимальным числом отсчетов, а должно вычисляться методами математической статистики. При этом положение максимума и другие параметры определяются с точностью до долей канала. В таком случае вместо номера канала будем использовать величину p – положение максимума пика на непрерывной оси каналов, а под градуировочной функцией мы будем подразумевать зависимость $E = F(p)$.

Очевидно, что для правильного описания формы пика и его положения необходимо, чтобы он был определен, по крайней мере, несколькими каналами. Обычно достаточно $5 \div 10$ каналов на ПШПВ. Увеличение числа каналов на пике незначительно повышает точность определения параметров распределения. Однако их существенное уменьшение может привести даже к потере пика. На практике число точек на пике часто определяется условиями проведения измерений, в частности диапазоном энергий, и техническими данными аппаратуры.

Задача обработки состоит в том, чтобы по амплитудному распределению вычислить энергии и интенсивности линий γ -спектра. Как указывалось выше, каждая γ -линия представлена в амплитудном распределении пиком. При этом положения максимумов пиков в амплитудном распределении и энергии γ -линий связаны зависимостью,

близкой к линейной. Полное число событий в пике («площадь пика») пропорционально интенсивности линий, причем коэффициент пропорциональности сильно зависит от энергии.

Рассмотрим основные этапы обработки амплитудных распределений.

Первый этап – поиск пиков. Он может выполняться экспериментатором или соответствующей программой, реализующей тот или иной критерий «пика». Наиболее сложным является определение пиков в мультиплетах.

Второй этап – определение параметров пиков в амплитудном распределении. Применяются различные варианты обработки участков распределения, содержащих пики. Наиболее последовательный метод состоит в том, что для обрабатываемого участка выбирают математическую модель, описывающую распределение. Тем или иным методом ищутся такие значения параметров, чтобы модель наилучшим образом описывала экспериментальные данные. Во многих случаях модель, соответствующая одиночному пику, имеет вид:

$$Y(p) = A_1 + A_2 p + A_3 e^{-\frac{(p - \mu_1)^2}{2\sigma^2}}, \text{ где } A_i - \text{константы.}$$

То есть предполагается, что амплитудное распределение представлено пиком гауссовой формы на наклонном «пьедестале», линейном в окрестностях пика. Наиболее существенные параметры пика: положение максимума (центр тяжести), площадь и ПШПВ определяются после вычитания «пьедестала».

В нашем случае для аппроксимации используется более сложная модель. В частности, эта модель использует пик-образ, определенный экспериментально по наиболее типичной линии и заданный в табличной форме, а «пьедестал» представляется полиномом (3-й степени) и учитывает ступенчатый характер «пьедестала» под пиком.

При решении задачи о наличии мультиплета необходимо знание зависимости ПШПВ от энергии в условиях заданной энергетической градуировки. Поэтому после выполнения градуировки по энергии, проводится калибровка по ширине пиков: строится соответствующая кривая, которая затем учитывается при расчетах.

Третий этап – градуировка по энергии и эффективности регистрации. Для нахождения спектра γ -излучения необходимо знать соотношения: «энергия – положение максимума пика» $E = F(p)$ и «интенсивность – площадь пика» $I = S(E)$.

В нашем случае градуировка по энергии $E = F(p)$ аппроксимируется полиномом 1-й, 2-й или 3-й степени. При этом используется столько известных линий, сколько возможно, а градуировочная кри-

вая проводится методом наименьших квадратов, что дает возможность учесть нелинейность спектрометрического тракта.

На практике значительно увеличивать число точек для градуировки или степень полинома не целесообразно, так как амплитудная характеристика спектрометра обычно имеет вид плавной кривой с небольшим числом перегибов. Важно, чтобы реперные линии правильно размещались внутри исследуемого диапазона. Так размещение градуировочных линий по диапазону измеряемых энергий должно быть по возможности равномерным и охватывать весь диапазон. Кроме того, следует иметь в виду, что использование градуировочных полиномов высокой степени не гарантирует более высокого качества градуировки (используемая программа автоматически предлагает степень полинома в зависимости от числа используемых пиков). Это связано с тем, что, во-первых, используемая в данной работе аппаратура имеет хорошую линейность. А во-вторых, в случае неудачного выбора градуировочных линий при высокой степени полинома ошибка в определении энергии может оказаться очень большой. Например, если все градуировочные линии расположены в первой трети диапазона, то в конце его ошибка при определении энергии будет во много раз больше, чем при использовании линейной градуировки.

Обращаем внимание на важность процедуры градуировки, так как зачастую именно она определяет точность полученного результата.

Градуировка по интенсивности $I=S(E)$ также выполняется с использованием источников с известными энергиями и интенсивностями. Зависимость эффективности регистрации от энергии очень сильна (из-за сильной зависимости сечения фотоэффекта от энергии). Для аппроксимации зависимости относительной эффективности от энергии иногда используется полуэмпирическая формула (ε – относительная эффективность):

$$\ln \varepsilon = C_0 (\ln E_\gamma)^2 + C_1 (\ln E_\gamma) + C_2.$$

В нашем случае $I=S(E)$ аппроксимируется полиномом, степень которого подбирается путем оценки результатов обработки экспериментальных данных.

6. Технические средства рабочей установки

В данной лабораторной работе используется спектрометрический комплекс, предназначенный для профессионального применения в научной и производственной сферах, связанных с прецизионным измерением γ -спектров. Комплекс позволяет регистрировать амплитудные распределения сигналов от HPGe-детекторов, градуировать

спектрометр, определять энергии γ -линий, идентифицировать излучающие изотопы, определять активность источников и др. Состав, технические характеристики комплекса и его отдельных частей приведены ниже.

Блок детектирования

(детектор из сверхчистого германия и предусилитель)

- Детектор находится в вакуумной полости криостата; непосредственно около него помещен головной каскад зарядочувствительного предусилителя, основная секция которого установлена на корпусе криостата.
- Энергетическое разрешение блока детектирования для энергии 122 кэВ составляет 1,0 кэВ, для энергии 1,33 МэВ – 1,85 кэВ (это энергии гамма-лучей ^{57}Co и ^{60}Co – они часто используются для оценки энергетического разрешения германиевых детекторов).
- Относительная эффективность регистрации детектора (по $3\times 3'' \text{NaI}$) для энергии 1,33 МэВ – 22,4%.
- Отношение пик/комpton для энергии 1,33 МэВ – 49.
- Оптимальное рабочее напряжение смещения детектора – +1200В.
- Оптимальная постоянная времени формирования – 6 мкс (для повышенных нагрузок – 2 мкс).
- Диапазон измерения энергий γ -излучения – $40\div 10000$ кэВ.
- Коэффициент преобразования – не менее 100мВ/МэВ.
- Интегральная нелинейность функции преобразования – не более 0,03%.

Спектрометрическое устройство и компьютер

(основной усилитель, АЦП, высоковольтный блок питания детектора и низковольтный источник питания)

- Интегральная нелинейность – не более 0,05%.
- Максимальная нагрузка – 10^5 имп/с.
- Тип АЦП – Вилкинсон, частота кодовой серии – 100 МГц, память – автономная, число каналов – 8192, емкость канала – 16777215, связь с компьютером – по последовательному каналу RS-232.
- Регулировка коэффициента усиления – ручная.
- Время установления рабочего режима – 30 мин.

Обращаем внимание на то, что АЦП имеет собственное запоминающее устройство и выполняет функции компьютера по регистрации и временному хранению данных. В основной компьютер данные передаются по мере необходимости. Такая схема имеет опреде-

ленные преимущества, так как не загружает компьютер в процессе накопления данных, в частности, накопление может происходить даже тогда, когда компьютер занят другой работой (или даже выключен). Недостаток такой схемы состоит в том, что отображение данных происходит с большими задержками.

7. Программное обеспечение

Программное обеспечение (LSRM2000, созданное во ВНИИФТРИ) позволяет управлять спектрометром, хранить и представлять экспериментальные данные в графической и числовой форме, выполнять математическую обработку данных, включая градуировку по энергии и калибровку по эффективности, идентифицировать изотопы и рассчитывать их активности. Имеются встроенные библиотеки, содержащие сведения о γ -излучениях изотопов, и паспорта стандартных радиоактивных источников (ОСГИ). Эти библиотеки используются в процедурах идентификации нуклидов и расчетов их активности.

В главном окне экрана монитора отображается гистограмма амплитудного распределения. Здесь же имеется маркер в виде вертикальной линии, указывающий на выбранный канал. В правом верхнем углу гистограммного окна показаны текущие значения времени набора данных и загрузки; правильное значение загрузки появляется через несколько минут после начала набора данных.

Управление спектрометром осуществляется программным путем с помощью мыши и **пиктограмм** («клавиш») на экране монитора.

Справа от главного окна расположены «клавиши» для управления накоплением данных и масштабами гистограммы.

Под главным окном расположено табло, на котором отображаются значения параметров канала с маркером: номер канала, энергия, соответствующая этому **каналу** и число отсчетов в канале.

Над главным окном расположены три ряда пиктограмм, предназначенных для изменения режимов работы спектрометра и для управления обработкой экспериментальных данных.

Управление накоплением данных

Справа от главного окна имеются «клавиши» управления накоплением данных (рис. 12).

Пиктограмма «Очистить» стирает данные в автономной памяти АЦП. Эту команду обязательно следует подать перед началом рабо-

ты, так как в автономной памяти АЦП может быть случайная информация, возникающая при включении аппаратуры.

Пиктограмма «Пуск» запускает набор данных. При щелчке на ней появляется контекстное меню, с помощью которого необходимо указать временной режим накопления. Он выбирается путем альтернативной установки соответствующей «экранной кнопки» в окошке «Режим набора». Если выбраны режимы «По реальному времени» или «По живому времени», то можно задать время набора (реальное время – это мертвое время + живое время).

Пиктограмма «Стоп» останавливает набор данных.

Следует иметь в виду, что, если команды «Очистить» и «Стоп» поданы в процессе накопления данных, то после них программа становится нечувствительной к другим командам в течение времени около 30 секунд.

Очистить



Пуск



Стоп



Рис. 12. Кнопки управления накоплением данных

Управление гистограммой

Гистограмма выводится в двух режимах: режим наблюдения за накоплением данных и режим визуального анализа результатов обработки данных. Эти режимы переключаются с помощью пиктограммы «Наблюдение» над гистограммой: «клавиша» отжата (темная) – режим накопления, нажата (светлая) – режим обработки.

В режиме накопления можно наблюдать за накоплением данных (регенерация гистограммы происходит примерно через каждые 0,5 минуты). Однако «экранные клавиши», управляющие обработкой данных, при этом отключены.

При переходе в режим обработки накопленное к этому моменту амплитудное распределение фиксируется в оперативной памяти компьютера, но в автономной памяти АЦП продолжается накопление данных, если оно не остановлено. С экранных клавиш, управляющих обработкой данных, снимается блокировка и зафиксированные данные можно обрабатывать. Можно также обрабатывать ранее накопленные данные. Если накопление данных не было остановлено, то после перехода в режим накопления в компьютер будут переписаны фактические данные из автономной памяти АЦП.

Для установки маркера на нужном канале следует привести курсор мыши на этот канал и щелкнуть левой кнопкой.

Изменение масштабов гистограммы выполняется с помощью соответствующих кнопок в правой части экрана.

Увеличивать масштаб гистограммы по оси каналов (энергий) можно иначе: навести курсор мыши на нужный канал, нажать левую кнопку и протянуть на необходимое расстояние – на экран будет выведен требуемый участок гистограммы в растянутом виде. Для возврата гистограммы к масштабу 8192 канала нужно в главном окне щелкнуть мышью 2 раза.

Управление обработкой




Рис. 13. Пиктограммы управления обработкой

Сохранение экспериментальных данных – «Записать».

В открывшемся окне «Параметры спектра» ввести имя файла в окошке «Измерение» (без расширения); остальные окошки можно игнорировать. Обращаем внимание, что если файл записывается заново (после набора данных, а не считанный с диска), то он записывается вместе с текущей градуировкой.

Считывание экспериментальных данных – «Открыть».

В открывшемся окне «Открытие файла» выбрать файл и открыть его. Считанное амплитудное распределение будет выведено в «свое» окно. Таких окон может быть много. Для удобства дальнейших действий можно развернуть нужное окно. Переключение окон выполняется с помощью меню пиктограммы «Окна» в верхнем ряду пиктограмм. Обращаем внимание, что файл будет считан вместе с ранее записанной в нем градуировкой.

Поиск пиков – «Поиск пиков».

Обнаружение имеющихся в распределении пиков выполняется программой по команде «Поиск пиков». В процессе поиска пиков происходит их обработка (аппроксимация); при этом вычисляются все необходимые параметры: энергия, площадь, разрешение и др. Положение максимума найденного пика отмечается вертикальной линией, а окрестности пика, которые участвовали в обработке, – цветом.

Поиск пиков выполняется в соответствии с установленным уровнем обнаружения. При уменьшении значения уровня обнаружения число найденных пиков увеличивается, и при значениях < 4 могут появляться ложные пики. При увеличении уровня обнаружения число найденных пиков уменьшается, и при слишком больших значениях слабые пики могут быть пропущены. Уровень обнаружения нужно устанавливать в зависимости от решаемой в данный момент задачи, используя визуальный контроль (по гистограмме). Для установки необходимого уровня обнаружения следует щелкнуть на пиктограмме «Просмотр конфигурации», в появившемся меню выбрать закладку «Расчет активности» и, в окошке «Порог обнаружения», отредактировать значение. Затем щелкнуть ОК. При этом установленный порог будет действителен только в процессе обработки текущего распределения (предложением «Сохранить изменения» следует пользоваться осторожно, так как это приводит к изменению конфигурации системы и в дальнейшем может создать неудобства в работе).

При автоматическом поиске могут быть обнаружены пики, которые экспериментатора заведомо не интересуют. Чтобы исключить эти пики из процесса обработки нужно установить маркер (вертикальная линия) вблизи максимума предполагаемого пика, щелкнуть правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню щелкнуть надпись «Пики\Удалить», а для отмены выделения всех пиков – «Пики\Очистить» (разумеется, исходные данные останутся неизменными). *Чтобы пики были заметнее в этом же меню можно включить опцию «Надпись\Энергия».*

Градуировка спектрометра по энергии – «Градуировка»

Какая-то градуировка спектрометра в системе всегда имеется – она остается от предыдущих пользователей. Поэтому, **до выполнения своей градуировки, показания спектрометра следует считать неверными.**

Рекомендуется следующий **порядок градуировки.**

1) Зарегистрировать градуировочное распределение. **Не записывая его на диск** подать команду «Градуировка». По этой команде от-

крывается рабочее окно рис. 14. Если предварительно не были выделены необходимые пики, то произойдет их автоматический поиск.




Рис. 14. Окно управления градуировкой

Не изменять

Как видно из этого рисунка, в правой части окна градуировки имеется целый ряд вспомогательных окон. В окне «Вычисленные пики» представлены значения положений выделенных пиков и соответствующих им значений энергий по старой градуировке.

2) В окне «Вычисленные пики» или по гистограмме щелчком указать на тот пик, который будет использован для градуировки.

3) Щелкнуть на пиктограмме «Добавить».

4) В окне «Редактирование» изменить значение энергии.

5) Щелкнуть на пиктограмме «Изменить». В окне «Выбранные пики» появится соответствующая пара значений. Эта пара значений будет использоваться при градуировке. В случае ошибки любую пару можно удалить (клавиша «Убрать»).

6) Пункты 2) ÷ 5) повторить столько раз, сколько пиков будет использовано для градуировки.

7) В окне «Аппроксимация» указать тип градуировки (линейная, квадратичная, кубическая).

8) Щелкнуть на пиктограмме «Градуировка» – градуировка будет выполнена (вычислены параметры градуировочной кривой).

9) В окне «Сохранить градуировку на диске» указать оба из предложенных вариантов («в спектре» и «в конфигурации»). *Во вспомогательном окне «Выбор калибр.» ничего не изменять!*

10) Щелкнуть на пиктограмме «Сохранить». В последующем диалоге дать положительные ответы (*сохраняются вычисленные параметры градуировочной кривой*).

11) Щелкнуть на пиктограмме «ОК».

12) По завершении пунктов 1)-11) сохранить на диске градуировочное распределение.

(Не путать градуировочное распределение с градуировкой, т.е. с параметрами градуировочной кривой.)

Точность градуировки зависит от многих факторов: характеристик спектрометра, размещения известных линий внутри измеряемого диапазона энергий и т.д. Поэтому правильность выбранного способа градуировки следует проверить и экспериментально подобрать по градуировочному спектру. Нужно иметь в виду, что из-за сложности этой процедуры градуировка хорошего качества не всегда получается с первого раза.

Регистрация фона

При расчете эффективности регистрации и активности изотопа автоматически учитывается радиационный фон помещения, в котором находится спектрометр. Поэтому, перед началом этих операций необходимо зарегистрировать фон, проделав следующее.

- 1) Зарегистрировать фоновое распределение в течение ~ 10 минут.
- 2) Щелкнув «Файл\Записать как фон», ввести имя файла. Этот файл будет храниться вместе с другими исходными данными в том же формате, но будет использоваться программой при учете фона, причем, значение фона будет пересчитываться с учетом времени набора исследуемого распределения.
- 3) На вопрос об изменении SetGam ответить «ОК».

Эффективность регистрации – «Эффективность регистрации»

Калибровка спектрометра по эффективности может выполняться по любому радиоактивному источнику, **представленному в библиотеке программы LCRM**, в том числе по тому же изотопу, который использовался для градуировки по энергиям. При этом будут использоваться библиотечные данные об интенсивности линий выбранного изотопа. Для того чтобы откалибровать спектрометр по эффективности необходимо проделать следующее.

- 1) Считать ранее зарегистрированное распределение для изотопа, который будет использоваться для калибровки по эффективности (эталон), и произвести поиск пиков.
- 2) Подать команду «Эффективность регистрации» и в диалоговом окне ответить «ОК» («Автомат»). После выполнения вычислений откроется окно «Создание файла эффективности».
- 3) Выбрать опцию «Эталон» и выбрать в библиотеке изотоп, по которому будет выполняться вычисление эффективности (такой же, по которому выполнен поиск пиков). Появится список линий выбранного изотопа, которые соответствуют размеченным.
- 4) Установив курсор мыши на начало списка и нажав левую кнопку выделить весь список.
- 5) После этого, удерживая клавишу Ctrl, выделить линии, которые не будут участвовать в расчете (обычно это линии с большой погрешностью, а также линии, не относящиеся к выбранному изотопу). Затем щелкнуть кнопкой «Добавить». При этом появляется пункт «Аппроксимация».
- 6) Щелкнуть опцию «Аппроксимация». Появится график эффективности (в двойном логарифмическом масштабе). Подбирая степень полинома, и удаляя из графика выпадающие точки, получить сглаженную кривую с оптимальным коридором погрешностей (по характеру кривой и значению Rx^2).
- 7) После того, как кривая примет удовлетворительный вид, сохранить результат командой «Сохранить», указав имя уже существующего файла **Z31.pol**.

Аппроксимация пиков и расчет площадей – «Подгонка»

Аппроксимация пиков и вычисление всех необходимых параметров выполняются автоматически по команде «Поиск пиков». Для оценки качества аппроксимации пиков служит опция «Подгонка». Она имеет, в основном, демонстрационное значение.

Аппроксимация пиков выполняется путем подгонки **выделенных** участков амплитудного распределения под заранее выбранную модельную функцию. По команде «Подгонка» появляется окно «Расчет площадей – Lsm2000». Три экранных клавиши, имеющиеся в этом окне: «Пик образ», «Сохранить пик образ» и «Парам.», использовать не рекомендуется, чтобы не нарушить системные настройки.

По команде «Однократно» выполняется аппроксимация того пика, в котором находится маркер, а по команде «Шаг» последовательно выполняется аппроксимация всех выделенных пиков; по команде «Пуск» автоматически обрабатываются все выделенные пики. В результате вычисляются: энергия пиков, площадь пиков, погрешность вычисления площади и разрешение. В случае обработки мультиспектра (до десяти линий) выдаются параметры всех его пиков.

Процедура аппроксимации может выполняться в двух режимах, которые переключаются клавишей «Мин. по FW». Если эта клавиша отключена (темная), то варьируемыми параметрами являются площади пиков, а ширины вычисляются из ранее зарегистрированной зависимости *ПШПВ* от энергии. Если эта клавиша включена (светлая), то варьируемыми параметрами являются также и *ПШПВ* пиков.

Идентификация изотопов и расчет активности – «Идентификация»

Идентификация изотопов и расчет их активности выполняются щелчком на пиктограмме «Идентификация» после выделения значимых пиков.

Параметром, влияющим на качество идентификации, является «окно (интервал) идентификации», которое определяет минимальную разницу между расчетными (измеренными) и табличными значениями энергий. Этот параметр зависит от разрешения спектрометра и качества градуировки. Его можно варьировать, но в нашем случае он установлен оптимальным (1 кэВ).

По команде «Идентификация» высвечивается окно, в котором, в частности, представлен список обнаруженных нуклидов и их активностей. Желтым цветом в этом списке отмечены нуклиды, погрешность расчета активности которых превышает 100%. Уточнить результат можно, щелкнув в этом окне «Просмотр», а затем «Ок».

8. Упражнения

Внимание! Все зарегистрированные распределения необходимо сохранять на диске.

1. Выполнить энергетическую градуировку спектрометра, используя заданный изотоп из комплекта ОСГИ. Градуировку выполнить разными способами (варьируя степень полинома и используемые линии); протестировать и выбрать оптимальный способ (расхождение между измеренными и табличными данными 0,2 – 0,3 кэВ можно считать удовлетворительным).
2. Выполнить калибровку спектрометра по ширине пиков.
3. Зарегистрировать фон.
4. Выполнить калибровку спектрометра по эффективности регистрации.
5. Зарегистрировать амплитудные распределения неизвестных источников. Выделить и обработать пики, определив энергии, интенсивности и разрешение.
6. Произвести идентификацию излучающих изотопов и определить их относительную и абсолютную активность.

Справочные данные по γ -линиям

^{152}Eu

Период полураспада 13,54 лет

Энергия, кэВ	Интенсивность	Энергия, кэВ	Интенсивность
121,782	28,88	964,053	14,64
244,699	7,52	1005,600	0,66
344,281	26,67	1085,836	10,12
411,118	2,24	1089,840	1,73
443,985	3,12	1112,070	13,51
564,030	0,50	1212,923	1,41
688,680	0,86	1299,120	1,63
778,906	12,96	1408,012	20,85
867,379	4,24	1457,619	0,50

^{226}Ra

Период полураспада $1,6 \cdot 10^3$ лет

Энергия, кэВ	Интенсивность	Энергия, кэВ	Интенсивность
185,970	3,7	1408,006	2,59
241,970	7,50	1509,260	2,26
295,221	18,90	1729,648	3,14
351,922	36,30	1764,551	16,60
609,320	45,50	1847,490	2,19
768,377	5,10	2118,558	1,25
1120,310	15,80	2204,174	5,25
1238,130	6,14	2447,840	1,65
1377,709	4,23		

ЛИТЕРАТУРА

1. Меликов Ю.В. Экспериментальная техника в ядерной физике: Курс лекций. М. Изд. МГУ, 1973.
2. Меликов Ю.В. Экспериментальные методы ядерной физики: Курс лекций. М. Изд. МГУ, 1996.
3. Желепов Б.С., Кокшарова С.Ф. Таблицы энергий гамма-лучей, возникающих при распаде радиоактивных ядер. Л. Наука, 1970.
4. Желепов Б.С., Шестопалова С.А. Ядерно-спектроскопические нормалы. М.: Атомиздат, 1980.
5. Григорьев В.А., Колюбин А.А., Логинов В.А. Электронные методы ядерно-физического эксперимента. М. Энергоатомиздат, 1988.
6. Живописцев Ф.А., Иванов В.А., Сомиков А.В. Статистическая обработка экспериментальных данных в общем ядерном практикуме. М. Изд. МГУ, 1987.